



発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A24
管理ID 3400

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230401
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A24
管理ID 3400

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230401
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A25
管理ID 3401

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230404
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A25
管理ID 3401

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230404
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+4.9	-0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日

発行番号 C260611-A26

管理ID 3402

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230427
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A26
管理ID 3402

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230427
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2 \pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8 \pm 2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A27
管理ID 3403

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230429
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A27
管理ID 3403

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230429
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A28
管理ID 3404

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230435
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A28
管理ID 3404

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230435
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A29
管理ID 3405

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230474
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A29
管理ID 3405

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230474
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm 2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A30
管理ID 3406

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	05230479
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテック





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A30
管理ID 3406

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 05230479
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.0	0.0
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A31
管理ID 3408

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	07480578
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A31
管理ID 3408

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 07480578
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+24.9	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-B03
管理ID 3409

校正証明書


品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シリアル番号	03130026
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-B03
管理ID 3409

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ)
シリアル番号 03130026
校正項目 温度
校正室の環境 温度 24.2±0.4℃、湿度 39.8±2.2%
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度(℃)	計器指示値(℃)	器差(℃)
+5.0	+4.9	-0.1
-20.0	-20.1	-0.1

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-B04
管理ID 340A

校正証明書


品名	温度計
製品名	OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号	03130019
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス



発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-B04
管理ID 340A

試験成績書

品名 温度計
製品名 OnDoll-Sensor(外付け温度センサ RT01)
シリアル番号 03130019
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm 2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
-80.0	-80.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。


校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者
	

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 C260611-A32
管理ID 340B

校正証明書


品名	温湿度計
製品名	OnDoll-Sensor
シリアル番号	07480669
校正項目	温度
校正年月日	2026年6月11日

上記製品について、国際標準トレーサビリティがとれた標準器により校正されたことを証明します。

校正試験の結果は別紙の試験成績書のとおりです。

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 対嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス





発行日 2026年6月18日
発行番号 T260611-A32
管理ID 340B

試験成績書

品名 温湿度計
製品名 OnDoll-Sensor
シリアル番号 07480669
校正項目 温度
校正室の環境 温度 $24.2\pm0.4^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $39.8\pm2.2\%$
校正年月日 2026年6月11日

温度校正結果

試験温度($^{\circ}\text{C}$)	計器指示値($^{\circ}\text{C}$)	器差($^{\circ}\text{C}$)
+5.0	+5.1	+0.1
+25.0	+25.0	0.0

- ・校正は JIS Z 8710-1993 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験温度と被校正器が示した値の差です。

湿度校正結果

試験湿度(%RH)	計器指示値(%RH)	器差(%)
---	---	---

- ・校正は JIS B 7920-2000 に準じて行いました。
- ・校正には国際標準トレーサビリティがとれた標準器を使用しています。詳細は以下を参照してください。
- ・器差とは試験湿度と被校正器が示した値の差です。

校正に使用した標準器

品名	高精度温度計	---
型式	ETI REFERENCE PLUS THERMOMETER	---
シリアル番号	D17290634	---
校正日	2025年12月23日	---

承認	校正者

京都市東山区五条橋東4丁目432-13 對嵐坊ビル

株式会社コンピューテックス

