



温度校正証明書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者 県立がんセンター新潟病院
所在地 新潟県新潟市中央区川岸町2丁目15-3

校正対象品

	型番	品番	製造番号
本体	0572 1751	testo175T1	44735306

合否判定基準： ±0.5℃ (-35.0℃～+55.0℃)

検査室の環境： 23±3℃ 27±5%rh

校正結果 校正年月日 2025年3月11日

基準値 (℃)	校正値 (℃)	器差 (℃)	合否判定
9.975	10.2	+ 0.225	OK
29.977	30.0	+ 0.023	OK
49.996	49.9	- 0.096	OK

* 校正はJIS Z 8710 (1993)、7.2.2 (比較法) に準じて行ないました。
* 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	0560 4401	84428566/0423	ドイツ Testo社
温度センサ	0618 0275	64252930/1123	ドイツ Testo社

* 基準器は、一般財団法人日本品質保証機構で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
(校正証明書番号：53-2473562)
* 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
* 校正値とは、被校正品が示した値です。
* 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
* 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2025年3月13日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テスト

