

COPY

JQA



総数2頁の1頁  
証明書番号 53-2440162

## 校正証明書

依頼者	新潟県立がんセンター新潟病院
住所	新潟県新潟市中央区川岸町2丁目15-3
品名	デジタル温度計
型式又は性能	本体：0572 1764 センサ：0602 5793 目量：0.1 °C 温度センサの種類：K熱電対 外径：1.5 mm 長さ：500 mm
製造番号	本体：40715559 611 センサ：1612 (A)
製造者	株式会社 テストー
校正項目	温度
校正方法	JQA校正要領書による（文書番号E534607）
校正結果	次頁以降のとおり
校正年月日	2024年5月29日～2024年5月30日
校正実施場所	愛知県北名古屋市沖村五反22番地 一般財団法人 日本品質保証機構 中部試験センター 熱学計測課校正室

校正結果は以上のとおりであることを証明します。

2024年6月3日

愛知県北名古屋市沖村五反22番地  
一般財団法人 日本品質保証機構  
中部試験センター

所長 中嶋 大介



この証明書は、国内または海外の国家標準にトレーサブルな標準器により校正した結果を示すものです。書面による承認なしに、この証明書のカラーコピー及び一部分のみを複製して使用することを禁じます。日本品質保証機構 中部試験センターは、A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) によってISO/IEC 17025:2017に基づく校正機関として認定されています。